

世羅中央病院企業団モバイルクリニック推進事業 医療 MaaS 車両購入仕様書

本仕様書は、医療 MaaS 車両の購入について必要な事項を定める。

1. 購入品名 医療 MaaS 車両

2. 数量 1 台

3. 仕様

(1) ベース車両仕様

種別	仕様・規格等
用途区分	特殊用途自動車（新車）
車体の形状	医療防疫車もしくは患者輸送車
車種	ハイエースバン （ワイドボディ、スーパーロング、ハイルーフ） 同等品可とする。
総排気量	2,450cc 以上
使用燃料	ガソリン
駆動方式	4WD（寒冷地仕様）
トランスミッション	オートマチック
車体色	ホワイト
登録種別	8 ナンバー登録
免許	普通自動車免許で運転が可能であること

(2) 外装

外装	ラッピング施工（ハーフラッピング） デザイン案は別途協議とする
----	------------------------------------

(3) 内装

座席	4 席（前席 2 名、後席 2 名乗車で走行可能であること） 後席：乗員用座席 2 席（1 席は補助席可）
カウンターテーブル	1（約 144cm×約 45cm×約 70cm） 折り畳み可能で、運転席後方に設置
キャビネットデスク	1（サイドテーブル拡張時：約 85cm×約 46cm×約 60cm / サイドテーブル格納時：約 60cm×約 46cm×約 60cm） 一部天板折り畳み可能で、左スライドドア後方に設置
ステップ	乗降補助ステップ（3 段/手動格納式） 乗降アシストグリップ 走行時格納可能
電源	サブバッテリー電源（約 5000Wh/約 1500W/外部充電式/ベッド下格納） コンセント 2 口以上 ※エンジンオフ時に使用可能なこと USB ポート Type-A, Type-C1 ロケット×3 カ所以上
照明	LED 照明（3 か所）
装備	全面カーテン（スライドドアを含む車両側面の窓、バックドアの窓、前席と後部座席の間に設置し中が見えないこと） ベッド（約 185cm×約 65cm×約 43cm）耐荷重 165kg 以上 手洗いシンク（約 70cm×約 52cm×約 80cm/給水・排水タンク式） 給水、排水タンク容量 20 リットル以上、タンクのみ取り外し可能 冷蔵庫（約 42cm×約 27cm×約 38cm/サブバッテリー電源使用） サイドオーニング（格納時：約 195cm×約 9cm×約 14cm 天幕：約 179cm×約 150cm/ルーフ左側面取付/電動開閉式） クーラー ※エンジンオフ時に使用可能なこと（約 66cm×約 16cm×約 30cm/定格冷房能力 2200W/定格消費電力 720W）

	ヒーター ※エンジンオフ時に使用可能なこと（ガソリン燃料/ベッド下格納式/送風口直径約 9cm)
	換気扇 ※エンジンオフ時に使用可能なこと（リアゲート部埋め込み式/直径約 12cm)
	パーテーション (透明、前席と後部座席の区切りとして利用)
	モニターアーム ((4) 備品のモニターが設置出来ること) 耐荷重 9.0kg 以上
	フローリング貼 (クッションフロア材、ポンリユウム (ロンリウム) 仕上げ)

(4) 備品

備品	モニター (24 インチ以上)
	スタッドレスタイヤ・ホイール 4 本 1 セット (車両標準装備と同サイズ)

4. 納入場所

公立世羅中央病院

5. 納入日

令和 7 年 11 月 28 日 (金曜日)

6. 利用用途

医療 M a a S

7. 検査

納入検査は納入後直ちに行うものとする。

8. 入札参加資格

入札参加希望者は、令和 7 年 4 月 24 日 17 時 (必着) までに、入札参加意向届を郵送、電子メール、若しくは FAX にて経営企画課に提出し審査を受けること。

9. その他

- (1) 調達車両のリサイクル料金を含むこと。
- (2) 検査登録手続代行手数料等、新車購入で発生する諸費用は含むものとする。
- (3) 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上決定するものとする。

■医療 MaaS 車両平面図

- ① 折り畳み式カウンターテーブル
- ② 冷蔵庫
- ③ ベッド
- ④ 手洗いシンク
- ⑤ キャビネットデスク
- ⑥ 乗員用座席 2 席 (1 席は補助席可)

